

ВИТЯГ
з протоколу засідання локальної конфліктної комісії
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Газорозподільні мережі України»
№ ЛКК 05/25

Дата засідання: 12.06.2025

Час засідання: 15:00 – 16:00

Місце проведення: дистанційно (Microsoft Teams)

Присутні:

Члени локальної конфліктної комісії (далі – ЛКК)

1. **Вадим ГУЛЬКО** (член Правління, Голова ЛКК);
2. **Андрій ОЛІЙНИК** (начальник департаменту безпеки, заступник Голови);
3. **Тетяна НОВІТНЯ** (начальник відділу закупівель, член ЛКК);
4. **Олена ЧЕПУРНА** (начальник відділу договірної роботи, член ЛКК);

Представники замовника, дії якого оскаржуються

5. **Антон ШЕВЦІВ** (начальник управління закупівель Львівської філії);
6. **Ігор ШАХ** (головний метролог Львівської філії);
7. **Сергій БОНДАР** (начальник управління закупівель Харківської філії);
8. **Владислав ЧУЙКО** (головний метролог Харківської філії);
9. **Оксана ЛУКАЩУК** (начальник управління закупівель; уповноважена особа Волинської філії);
10. **Сергій СЬОМАК** (головний метролог Волинської філії);
11. **Яна ЛОБІГЕР** (провідний фахівець з публічних закупівель, уповноважена особа Харківської міської філії);
12. **Катерина ГОЦУЛЯК** (начальник виробничо-технічного управління Харківської міської філії);
13. **Руслан КОХМАН** (провідний інженер Харківської міської філії);

Представник апарату управління

14. **Ігор ШВЕЦЬ** (головний метролог відділу метрологічного забезпечення);
15. **Андрій МАЛИХІН** (головний інженер технічного департаменту).

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «БАРГОВ» (ЄДРПОУ 43013002) від 23.06.2025 №2605-1 (вн. від 26.05.2025 №670/2-25), а саме – оскарження умов проведення закупівлі UA-2025-04-28-005848-а Харківською міською філією Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України», за предметом закупівлі «Регулятори тиску газу та запобіжно-скидні клапани» (код ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої).
2. Розгляд матеріалів поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (ЄДРПОУ 23522853) від 21.05.2025 №15779 (вн. від 22.05.2025 №662/2-25).
3. Розгляд матеріалів поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (ЄДРПОУ 23522853) від 21.05.2025 №15777 (вн. від 22.05.2025 №660/2-25), а саме – оскарження рішення уповноваженої особи Харківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України», оформлене протоколом від 28.03.2024 №СЗ 2803-01, щодо відхилення пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», поданої для участі у закупівлі UA-2025-02-20-007652-а за предметом закупівлі «Хроматограф» (код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори).
4. Розгляд матеріалів поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (ЄДРПОУ 23522853) від 21.05.2025 №15778 (вн. від 22.05.2025 №661/2-25), а саме – оскарження умов проведення закупівлі UA-2024-12-03-003952-а Волинською філією Товариства з обмеженою

відповідальністю «Газорозподільні мережі України», за предметом закупівлі «Газовий хроматограф» (код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори).

5. Розгляд матеріалів поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (ЄДРПОУ 23522853) від 21.05.2025 №15678 (вн. від 22.05.2025 №659/2-25), а саме – оскарження рішення уповноваженої особи Львівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України», оформлене протоколом від 15.05.2025 №74, щодо відхилення пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», поданої для участі у закупівлі UA-2025-04-28-005745-а за предметом закупівлі «Газовий хроматограф» (код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори).

По питанню першому Порядку денного

Встановлено:

1. Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» не є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та під час здійснення закупівель керується внутрішніми нормативними документами, що регулюють здійснення закупівель, зокрема, Регламентом взаємодії структурних та відокремлених підрозділів ТОВ «Газорозподільні мережі України» під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» (протокол від 13.03.2025 №10);
2. Скаржником у якості еквіваленту запропоновано до поставки регулятор тиску газу ERG-H7 DN50 LP (виробник товару – ESKA VALVE ANONIM SIRKETI);
3. Скаржником не надано в складі пропозиції розрахунок пропускної здатності регуляторів тиску газу, чим не виконано вимогу додатку 3.1 документації закупівлі. Наданий учасником у довільній формі лист від 14.05.2025 №1405-8 фактично містить лише інформацію про те, що при вхідному тиску 2 бар та вихідному тиску 0,02 бар розрахунок пропускної здатності регулятора тиску газу становить 1 180 м³/год, що підтверджується технічним паспортом виробника. Зазначений у листі показник не відповідає вимогам технічної специфікації замовника до предмета закупівлі;
4. У складі пропозиції скаржника міститься гарантійний лист від 14.05.2025 №1405-7, в якому скаржник підтверджує відповідність пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі. Таким чином, інформація, зазначена в листі-розрахунку пропускної здатності регуляторів тиску газу суперечить інформації в гарантійному листі;
5. Скаржником не надано в складі пропозиції декларацію відповідності на регулятор тиску газу ERG-H7 DN50 LP (виробник товару – ESKA VALVE ANONIM SIRKETI), чим не виконано вимогу додатку 3.1 документації закупівлі. Враховуючи зазначене, пропозиція ТОВ «БАРГОВ» не містить документів на підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмета закупівлі та не відповідає умовам документації закупівлі;
6. Вимога документації закупівлі стосовно пропускної здатності (при вхідному тиску 2 бар, Q_{max}) не менше 1 938 ст.м³/год обґрунтована потребою, що визначена Робочими проектами (проектними рішеннями) на конкретні об'єкти замовника. Максимальна витрата регулятора тиску газу Pietro Fiorentini NORVAL/G DN50 T.495 HC + SN-91 Q_{max} при вхідному тиску 2 бар та вихідному тиску 0,02 бар 1 938 ст.м³/год підтверджується листом виробника від 04.06.2025.

Вирішено:

1. На підставі вищевикладеного, відмовити ТОВ «БАРГОВ» у задоволенні скарги від 23.06.2025 №2605-1.

По питанню другому Порядку денного

Встановлено:

1. Матеріали подані з порушенням вимог пункту 7.6 Положення про локальну конфліктну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» затверджене Протоколом засідання Правління Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» від 27.03.2025 №12 (далі – Положення), а саме:
 - скаржником не долучені документи та матеріали, які підтверджують порушення процесу закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника;
 - матеріали не містять інформації щодо рішень, дій або бездіяльності замовника, які оскаржуються.

Вирішено:

1. Керуючись пунктом 7.8 Положення, залишити скаргу, подану ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» від 21.05.2025 №15779, без розгляду.

По питанню третьому Порядку денного

Встановлено:

1. Рішення про відхилення пропозиції ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», поданої для участі у закупівлі UA-2025-02-20-007652-а, розміщено в електронній системі закупівель 28.03.2025.
2. Матеріали подані з порушенням вимог пункту 7.7, а саме:
 - подані у строк, що перевищує 5 (п'ять) робочих днів з моменту оприлюднення рішення замовника, яке оскаржується.

Вирішено:

1. Керуючись пунктом 7.8 Положення, залишити скаргу, подану ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» від 21.05.2025 №15777, без розгляду.

По питанню четвертому Порядку денного

Встановлено:

1. Волинською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» 03.12.2024 оголошено спрощену закупівлю UA-2024-12-03-003952-а.
2. Матеріали подані з порушенням вимог пункту 7.7, а саме:
 - подані у строк, що перевищує 5 (п'ять) робочих днів з моменту оприлюднення рішення замовника, яке оскаржується.

Вирішено:

1. Керуючись пунктом 7.8 Положення, залишити скаргу, подану ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» від 21.05.2025 №15778, без розгляду.

По питанню п'ятому Порядку денного

Встановлено:

1. Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» не є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та під час здійснення закупівель керується внутрішніми нормативними документами, що регулюють здійснення закупівель, зокрема, Регламентом взаємодії структурних та відокремлених підрозділів ТОВ «Газорозподільні мережі України» під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» (протокол від 13.03.2025 №10);
2. На виконання вимог Додатку 2 документації закупівлі UA-2025-04-28-005745-а, ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» в складі пропозиції для участі у закупівлі надано Технічну специфікацію від 05.05.2025 №12 840 в пункті 4.4.1 Таблиці 1.1 Розділу II. Технічні, кількісні та якісні вимоги товару учасником зазначено таке:
«Оснащення хроматографа відповідає вимогам: ДСТУ ISO 6974:2021 (частина 1, 2, 3, 5) + визначення окремо (додатково) кисню. Детектори: ПІД + μ ДТП. Кількість детекторів – 2. Паспорт виробника стр. 3-4.
3. В паспорті виробника на хроматографічний комплекс для швидкого аналізу природного газу на базі газового хроматографу ChroZen GC, наданого ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» в складі пропозиції для участі у закупівлі, в розділі 2. Основні технічні характеристики зазначено таке:
«Оснащення хроматографа відповідає вимогам: ДСТУ ISO 6974:2021 (ЧАСТИНА 1, 2, 3, 5) + визначення окремо (додатково) кисню. Детектори: ПІД + μ ДТП.»
4. В пункті 4.4.1 Таблиці 1.1 Розділу II. Технічні, кількісні та якісні вимоги товару Додатку 3 документації закупівлі замовником встановлено наступну вимогу:
«Оснащення хроматографа відповідає вимогам: ДСТУ ISO 6974:2021(частина 1,2,3,5) + визначення окремо (додатково) кисню. Детектори: ПІД + ДТП. Кількість детекторів визначається конструкцією (виробником) хроматографа. У межах тендерної пропозиції підтвердити відповідність оригінальною (від виробника) газовою схемою із зазначенням основних компонентів (крани, колонки, детектори

тощо), що знаходиться у вільному доступі, з посиланням на офіційні джерела для отримання інформації. На виконання усіх пунктів розділу 4.4 цієї Технічної специфікації додатково надати документ, де підтверджена відповідна характеристика, та зазначити в стовпчику «Технічні характеристики (заповнюється Учасником) назву документу, розділ, пункт, сторінки документу, де міститься інформація щодо підтвердження відповідної характеристики.»

5. Технічні характеристики запропонованого ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» газового хроматографу не відповідають вимогам до предмету закупівлі встановленим замовником в документації. Оснащення хроматографа детекторами ПІД + μ ДТП не відповідає вимогам замовника - ПІД + ДТП.

Вирішено:

1. На підставі вищевикладеного, відмовити ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» у задоволенні скарги від 21.05.2025 №15 678.

Секретар комісії

Арман ЄСАЯН