



ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 57/3

www.hlr.ua

вих. № 15 777
від 21.05.2025 року

до: **Локальної конфліктної комісії**
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, 1
office@grmu.com.ua

Заявник: ТОВ «Хімлаборреактив»

код ЄДРПОУ: 23522853
місцезнаходження : Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика
Васильківська, будинок 57/3
номер засобу зв'язку: (044) 494-42-42
електронна адреса: sales@hlr.ua

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-20-007652-а

Посилання на закупівлю: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-20-007652-a>

З В Е Р Н Е Н Н Я

20 лютого 2025 року замовником ТОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ" було опубліковано оголошення про проведення тендерної закупівлі з унікальним ідентифікатором UA-2025-02-20-007652-а на закупівлю хроматографічного обладнання, Технічні вимоги до предмету закупівлі було викладено Додатку №3 Тендерної документації, розміщеного на майданчику. В закупівлі приймало участь два учасники: ТОВ "Хімлаборреактив" та ТОВ "Шимюкрейн", за результатами проведення аукціону ТОВ "Хімлаборреактив" зміг запропонувати більш комерційно вигідну пропозицію. Згідно процедури проведення тендерних закупівель, пропозиція учасника, що запропонував більш вигідну ціну була розглянута в першу чергу, в результаті розгляду пропозиції учасником було виявлено ряд невідповідностей вимогам технічного завдання, через що пропозиція ТОВ "Хімлаборреактив" була відхилена з публікацією на майданчику відповідного протоколу №СЗ 2803-01 від 28 березня 2024 року. Серед виявлених невідповідностей пропозиції ТОВ "Хімлаборреактив" замовник вказує зокрема: невідповідність п.4.4.1 Додатку 3 до тендерної документації(не вказано кількість детекторів), невідповідність п.5.12 Додатку 3 (не визначено мову ПК), невідповідність п.5.11 Додатку 3 (не визначено формат друку), невідповідність п.6.1.5 та 6.1.6 Додатку 3(не визначено інформацію, що саме міститься в запропонованому товарі). Під вказаними невідповідностями, що посилаються на відповідні пункти Додатку 3 до тендерної документації, замовником визначено пункти Додатку 3, де ТОВ "Хімлаборреактив" в наданому документі на підтвердження відповідності технічним вимогам - "6.1.Технічні вимоги.pdf", у вказаних пунктах вжито сполучники "та", "або", "та/або", що не дозволяє замовнику однозначно визначити характеристики запропонованого обладнання. Після відхилення ТОВ "Хімлаборреактив" замовником було проведено розгляд другої пропозиції від ТОВ "Шимюкрейн", в результаті розгляду якої прийнято рішення про визнання учасника переможцем. Ознайомившись з документами учасника ТОВ "Шимюкрейн", а саме з документом, що надано на підтвердження технічних характеристик

тел./факс: 44 494 42 42 (call-центр)
тел.: +380 800 502 70 70 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів)
ел. пошта: sales@hlr.ua

запропонованого товару "ДОДАТОК 3 - технічна специфікація.pdf", можна звернути увагу, що у п. 5.13, 7.5.4, 8.5.3 в описі значень для запропонованого товару вжито сполучник "або", що не дозволяє замовнику однозначно визначити вказані характеристики запропонованого обладнання. Таким чином критерії оцінки відповідності пропозиції учасників були одними для розгляду пропозиції ТОВ "Хімлаборреактив" та іншими для розгляду пропозиції ТОВ "Шимюкрейн", однакові підходи до заповнення технічної документації в одному випадку були визнані такими, що не відповідають встановленим вимогам, а в іншому - такими що повністю відповідають встановленим вимогам, що може свідчити про наявність упередженого ставлення, можливих осіб замовника, що зацікавлені в отриманні неправомірної вигоди за просування інтересів одного з учасників, встановлення дискримінаційних умов оцінки пропозицій замовником. Додатково звертаємо увагу, на той факт, що протокол відхилення ТОВ "Хімлаборреактив" датується 28 березням 2024 року, що майже на 1 рік передус оголошенням про закупівлю. **Зважаючи на викладене вище, на підставі положень п.п. 7.5.-7.10. ПОЛОЖЕННЯ про локальну конфліктну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України", затвердженого Протоколом засідання Правління Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільчі мережі України" від 27.03.2025 р. №12,**

ПРОСИМО:

1. Звернути увагу на повторюване упереджене ставлення до учасника ТОВ «Хімлаборреактив», повторювані факти ігнорування наданих учасником документів, поведінку ТОВ «Шимюкрейн» тощо, вважаємо що в поведінці замовника Харківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» та учасника ТОВ «Шимюкрейн» може бути присутня сукупність ознак, що можуть свідчити про можливу змову з метою неконкурентного просування обладнання одного з виробників (ТОВ «Шимюкрейн», виробник Shimadzu) з боку учасника ТОВ «Шимюкрейн» та з можливою метою отримання неправомірної вигоди зі сторони замовника.

Додатки:

1. Документи, що підтверджують повноваження представника Заявника на підписання відповідного Звернення.
2. Протокол-про-відхилення-учасника-відповідає-умовам-технічної-специфікації Харківська філія.

Директор



Жолобіцький В.І.