

ПРОТОКОЛ № 546
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
ВОЛИНСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

27 грудня 2024 р.

м. Луцьк

Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), керуючись Положенням про уповноважену особу та Регламентом взаємодії структурних та відокремлених підрозділів ТОВ «Газорозподільні мережі України».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд пропозиції Учасника спрощеної закупівлі – **Газовий хроматограф за ДК 021:2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори**, ідентифікатор закупівлі **UA-2024-12-03-003952-а**, яка визначена електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною.
2. Про оприлюднення відповідної інформації про розгляд пропозиції Учасника спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель.

По першому питанню порядку денного:

По спрощеній закупівлі - **Газовий хроматограф за ДК 021:2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори**, ідентифікатор закупівлі **UA-2024-12-03-003952-а**, найбільш економічно вигідною пропозицією є пропозиція Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (код ЄДРПОУ 23522853) з ціною пропозиції 2 450 960,04 грн. *(два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 04 копійки)* з ПДВ.

За результатами розгляду пропозиції Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (далі - Учасник) по даній закупівлі, на відповідність умовам, які визначені в документації спрощеної закупівлі, та вимогам до предмету закупівлі встановлено, що дана пропозиція не відповідає вищезазначеним вимогам, тому 23.12.2024 р., було надано 24 години для усунення таких невідповідностей.

Під час вивчення Документів, які були надані ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" на вимогу про усунення невідповідності в інформації та документах за предметом закупівлі **Газовий хроматограф за ДК 021:2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори**, ідентифікатор закупівлі **UA-2024-12-03-003952-а**, а саме: *«На виконання Додатку 2 Тендерної документації спрощеної закупівлі відповідно до п 1.4 Заповнений у повному обсязі і підписаний Уповноваженою особою учасника та скріплений печаткою (у разі використання) опитувальник контрагента - юридичної особи* або опитувальник контрагента - фізичної особи* (Додатки 6,7), опитувальник учасників щодо екологічної політики і політики у сфері охорони здоров'я та безпеки праці* (Додаток 8). *Опитувальники заповнюються за формою що встановлена у зазначених додатках, внесення змін у форму та структуру опитувальників не припустимо. Учасником не заповнено пункти від п. 2.3 до п. 3.5 в опитувальнику учасників щодо екологічної політики і політики у сфері охорони здоров'я та безпеки праці* (Додаток 8) та на виконання Додатку 3 Тендерної документації спрощеної закупівлі п.8 Інші вимоги Учасником, для підтвердження відповідності технічним характеристикам мали бути надані: оцінка відповідності по модулю В»* було встановлено, що дана пропозиція не відповідає вимогам, які визначені в документації спрощеної закупівлі, а саме п. 2 Додатку 3 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в якому зазначено основні параметри конфігурації газового хроматографа, в тому числі вказано необхідні характеристики детектора за теплопровідністю (далі ДТП):

- максимальна температура, не менше + 400 °С;
- лінійний діапазон не гірше 10⁶;
- чутливість, не гірше 400 пг/мл.

Водночас, у наданій ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" пропозиції зазначено, що запропонований ними хроматограф ChroZen GC містить два типи ДТП з різними технічними характеристиками, а саме:

1. Детектор за теплопровідністю:
 - максимальна температура, не менше + 400 °С;
 - лінійний діапазон не гірше 10⁵;
 - чутливість, не гірше 1000 нг/мл.
2. Детектор за теплопровідністю (з коміркою малого об'єму):
 - максимальна температура, не менше + 400 °С;
 - лінійний діапазон не гірше 10⁶;
 - чутливість, не гірше 400 нг/мл.

В той же час у наданому ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" сертифікаті перевірки типу за модулем «В» № UA.TR.001 42-22 Rev. 1 зазначено, що хроматограф ChroZen GC обладнаний термокондуктометричним детектором з межею детектування лише 1,0 нг/мл за пропаном, що становить 1000 нг/мл та у свою чергу не відповідає вимогам ТД і є неприйнятним у межах зазначеної тендерної закупівлі.

На підставі вище викладеного, з урахуванням Зведеного висновку проведеного відповідальним підрозділом щодо аналізу пропозиції учасника, та відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 розділу V Документації спрощеної закупівлі, пропозиція Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (код ЄДРПОУ 23522853) по спрощеній закупівлі **Газовий хроматограф за ДК 021:2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори**, підлягає відхиленню, як така, що не відповідає умовам, визначеним в документації закупівлі та вимогам до предмета закупівлі.


По другому питанню порядку денного:

Інформація про відхилення пропозиції Учасника протягом одного дня з дня прийняття рішення Замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити пропозицію Учасника спрощеної закупівлі за предметом закупівлі - **Газовий хроматограф за ДК 021:2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори**, ідентифікатор закупівлі **UA-2024-12-03-003952-а**, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (код ЄДРПОУ 23522853) на підставі не відповідності умовам, визначеним в документації закупівлі та вимогам до предмета закупівлі.
2. Оприлюднити інформацію про відхилення тендерної пропозиції Учасника в електронній системі закупівель.

Уповноважена особа



Оксана ЛУКАШУК