



ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 57/3

www.hlr.ua

вих. № 15 678
від 21.05.2025 року

до: **Локальної конфліктної комісії**
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, 1
office@grmu.com.ua

Заявник: **ТОВ «Хімлаборреактив»**

код ЄДРПОУ: 23522853
місцезнаходження : Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика
Васильківська, будинок 57/3
номер засобу зв'язку: (044) 494-42-42
електронна адреса: sales@hlr.ua

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-28-005745-а,
Посилання на закупівлю: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-28-005745-a>

З В Е Р Н Е Н Н Я

28/04/2025 Львівською філією Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» було оголошено про проведення тендерної закупівлі з унікальним ідентифікатором UA-2025-04-28-005745-а на придбання газового хроматографу. Технічні вимоги до предмета закупівлі було викладено у документації до закупівлі, а саме – Додатку 3 до Тендерної документації. В закупівлі взяло участь 2 компанії-учасники: ТОВ «Хімлаборреактив» та ТОВ «Ідеалаб», в ході аукціону, що відбувся 09/05/2025 року, найкращу цінову пропозицію мала пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив», при цьому ТОВ «Ідеалаб» мав пропозицію, що на 123 000 грн з ПДВ дорожча за пропозицію конкурента, а стратегією компанії ТОВ «Ідеалаб» був вихід на торги з максимальною можливою ціною, та відсутність кроків зниження ціни під час проведення аукціону. Замовником було розглянуто пропозицію ТОВ «Хімлаборреактив» та прийнято рішення відхилити пропозицію учасника, про що складено та опубліковано на майданчику протокол щодо прийняття рішення №74 від 15 травня 2025 року. За суттю причини відхилення, викладеного в протоколі відхилення пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» зазначено, що пропозиція учасника ТОВ «Хімлаборреактив» не відповідає вимогам Додатку №3 до тендерної документації, а саме – невідповідність запропонованого типу детектору «мікро-ДТП»

вимогам до предмету закупівлі, при цьому в протоколі відхилення згадуються посилання на нормативні документи, що взагалі не стосуються предмету закупівлі (зокрема посилання на опубліковану методику на сайті виробника обладнання згідно ASTM D1945, що не має жодного стосунку до національного стандарту з аналізу природного газу ДСТУ 6974:2021), а також абсолютно ігноруються надані в складі пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» офіційні документи від виробника запропонованого обладнання, що прямо спростовують наведені в протоколі відхилення аргументи замовника. Також, звертаємо особливу увагу на той факт, що текст протоколу відхилення пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» повністю збігається з протоколом відхилення

тел./факс: 44 494 42 42 (call-центр)
тел.: +380 800 502 70 70 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів)
ел. пошта: sales@hlr.ua

пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» на закупівлі аналогічного обладнання для Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» з унікальним ідентифікатором UA-2025-03-19-003087-а (Протокол №74 від 08/04/2025), додатково слід зазначити, що склад учасників та їх поведінка на майданчику – теж збігаються: в закупівлі брали участь ТОВ «Хімлаборреактив» та ТОВ «Ідеалаб», ТОВ «Хімлаборреактив» запропонував нижчу ціну товару, в той час як ТОВ «Ідеалаб» мав більшу вартість пропозиції, вартість пропозиції ТОВ «Ідеалаб» була ідентичною максимальному бюджету закупівлі - 2 856 000 грн з ПДВ, учасник ТОВ «Ідеалаб» не брав участь в аукціоні та не знижував вартість своєї пропозиції.

Зважаючи на викладене вище, на підставі положень п.п. 7.5.-7.10. **ПОЛОЖЕННЯ** про локальну конфліктну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України", затвердженого Протоколом засідання Правління Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" від 27.03.2025 р. №12,

ПРОСИМО:

І. Звернути увагу на повторюване упереджене ставлення до учасника ТОВ «Хімлаборреактив», повторювані факти ігнорування наданих учасником документів, поведінку ТОВ «Ідеалаб» тощо, вважаємо що в поведінці замовника Львівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» та учасника ТОВ «Ідеалаб» може бути присутня сукупність ознак, що можуть свідчити про можливу змову з метою неконкурентного просування обладнання одного з виробників (ТОВ «Ідеалаб», виробник SCION) з боку учасника ТОВ «Ідеалаб» та з можливою метою отримання неправомірної вигоди зі сторони замовника.

Додатки:

1. Документи, що підтверджують повноваження представника Заявника на підписання відповідного Звернення .
2. ПРОТОКОЛ № 74 Львівська філія 19.8. Інформаційний лист та переклад роз'яснення від виробника .

Директор



Жолобіцький В.І.